



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1230-р/пк-ск від 13.11.2012

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Завод
рентгенівського обладнання
"Квант"

вул. Плиткова, 1-В, м. Харків,
61106

Комунальна установа "Запорізька
обласна клінічна лікарня"
Запорізької облради

Оріхівське шосе, 10, м. Запоріжжя,
69600

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

Редакція інформаційного
бюлетеня "Вісник державних
закупівель"

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Завод рентгенівського обладнання "Квант" (надалі – Скаржник, ТОВ "ЗРО "Квант") від 01.10.2012 № 496/10 (зарєстровану в Комітеті 03.10.2012 за № 8-20/1966-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо

встановлення комунальною установою "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької облради (надалі – Замовник, КУ ЗОКЛ) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "апаратура рентгенівська - 6 од." [оголошення № 238083, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 25.06.2012 № 76/2(678/2)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів (надалі – Документація) та просить, зокрема:

- 1) призупинити Процедуру закупівлі;
- 2) зобов'язати Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів, а у разі неможливості усунути порушення – відмінити Процедуру закупівлі.

Рішенням Колегії від 03.10.2012 № 1048-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та зазначена процедура закупівлі призупинена на строк до винесення рішення за Скаргою.

Листом від 03.10.2012 № 20-29.3/03-2592-дз Колегією надіслано запит Замовнику щодо надання документів та пояснень по суті Скарги.

Замовник листами від 16.10.2012 № 8199 та від 24.10.2012 № 8436 надіслав на адресу Колегії документи та пояснення по суті Скарги.

Під час розгляду матеріалів та інформації, отриманих стосовно зазначеної Скарги, встановлено наступне.

ТОВ "ЗРО "Квант" у Скарзі зазначає, що під час вивчення Документації Скаржником були виявлені умови, що в порушення вимог статті 3 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) дискримінують учасників торгів та унеможливають конкурентну участь вітчизняних виробників медичного обладнання.

Так, у медико-технічних вимогах до рентгенівського апарата на три робочі місця, визначених у Документації, встановлені конкретні вимоги до предмета закупівлі:

Вимоги	Наявність функції або величина параметру
Максимальне навантаження на стіл	не менш ніж 227 кг
Висота деки столу від підлоги	86 см
Поперечне переміщення деки столу	не менш ніж 34 см
Кути повздовжнього нахилу стійки	не менш ніж $\pm 40^\circ$
Повздовжнє пересування з екранно-знімальним пристроєм	не менш ніж 124 см
Повздовжнє переміщення рентгенівської трубки	не менш ніж 158 см
Мінімальна відстань центру стійки від краю столу	не більш ніж 43 см
Відстань від деки столу до підсилювача зображення	змінна, мінімальна не більш ніж 80 см, максимальна не менш ніж 135 см
Вибір висоти шару	не гірше ніж в межах від 0 до 330 мм

У медико-технічних вимогах до рентгенівського апарата на два робочі місця, визначених у Документації, встановлені конкретні вимоги до предмета закупівлі:

Вимоги	Наявність функції або величина параметру
діапазон зміни фокусної відстані з його індикацією, мм	1000 - 1800
діапазон повороту плеча приймач-випромінювач, град	0 + 90 - 45
можливість установки необхідних кутів дослідження з їх індикацією через 5	

градусів	наявність
нижнє положення центра приймача від підлоги по вертикалі, мм, не менше	570

ТОВ "ЗРО "Квант" зазначає, що у зазначених параметрах визначено конкретні або максимальні показники, а не допустимі межі, чи загально визначені, або загальноприйняті у рентгенівській практиці параметри, які ніяким чином не впливають на якісні чи функціональні можливості обладнання, а лише вказують на технічні параметри конкретно визначеного виробника та є дискримінаційними.

Скаржник повідомляє, що Замовник наведеними вище вимогами порушив принцип недискримінації учасників, передбачений статтею 3 Закону, звузивши коло учасників процедури закупівлі до одного, оскільки в Україні є лише один вітчизняний виробник, здатний запропонувати устаткування з вищевказаними конкретними параметрами, які ніяким чином не впливають на якість чи функціональність обладнання, а тільки звужують коло учасників конкурсних торгів, що негативно позначається на потенційних учасниках торгів.

Замовник стосовно наведеного пункту Скарги повідомив, що на його адресу надійшли листи від товариства з додатковою відповідальністю "Київське виробниче об'єднання "Медапаратура" та товариства з обмеженою відповідальністю "Крас", які повідомляють, що обладнання, яке виготовляється зазначеними суб'єктами господарювання, відповідає медико-технічним вимогам Документації.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Пунктом 7 розділу 3 Документації встановлені медико-технічні вимоги до обладнання, що є предметом закупівлі, зокрема, наведені вище ТОВ "ЗРО "Квант" у Скарзі.

У додаток до листа від 24.10.2012 № 8436 Замовник надав копії листів від 11.10.2012 № 8001 та № 8002, направлені КУ ЗОКЛ на адресу директора товариства з обмеженою відповідальністю "Крас" та генерального директора товариства з додатковою відповідальністю "Київське виробниче об'єднання "Медапаратура" відповідно, в яких Замовник просить надати інформацію стосовно дискримінаційних вимог технічного завдання Документації Процедури закупівлі.

Також, Замовником надано копії листів-відповідей зазначених суб'єктів господарювання, в яких зазначено наступне.

Товариство з додатковою відповідальністю "Київське виробниче об'єднання "Медапаратура" у листі від 12.10.2012 № 292 стосовно дискримінаційності умов технічного завдання Документації Процедури закупівлі, вивчивши медико-технічні вимоги до рентгенівських апаратів на 2 та 3 робочі місця, повідомляє, що "рентгенівське обладнання, яке виготовляє ТДВ КВО "Медапаратура", за своїми медико-технічними параметрами повністю відповідає вимогам документації конкурсних торгів, тобто технічне завдання документації конкурсних торгів не є дискримінаційним для ТДВ КВО "Медапаратура".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Крас" листом № 01/969 стосовно дискримінаційності умов технічного завдання Документації Процедури закупівлі повідомляє, що інженерними працівниками фірми "Крас" детально вивчені медико-технічні вимоги до рентгенівських апаратів на 2 та 3 робочих місця, які бажає придбати КУ ЗОКЛ, що викладені у Документації. "Рентгенівське обладнання, яке виготовляється Фірмою "Крас" повністю відповідає медико-технічним параметрам, вказаним у документації конкурсних торгів, а тому, ці медико-технічні параметри не являються дискримінаційними для нашого підприємства".

Крім того, у додаток до листа від 24.10.2012 № 8436 Замовник надав також копію листа б/д № 00424 товариства з обмеженою відповідальністю "Телеоптик", в якому

зазначений суб'єкт господарювання зазначає, що дискримінаційних вимог технічного завдання Документації Процедури закупівлі не виявлено.

Таким чином, матеріали, надані Замовником, спростовують інформацію, наведену ТОВ "ЗРО "Квант" у Скарзі, стосовно відповідності медико-технічним параметрам, встановленим у Документації до рентгенівських апаратів на два та три робочі місця, продукції лише одного вітчизняного виробника.

За таких умов, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу двадцять п'ятого частини четвертої статті 18 Закону.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Завод рентгенівського обладнання "Квант" у задоволенні його скарги від 01.10.2012 № 496/10.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Л. КОЛІСНИК