



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1146-р/пк-ск від 23.10.2012

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Завод
рентгенівського обладнання "Квант"
вул. Плиткова, 1-В, м. Харків, 61047

Комунальна установа "Обласна база
спеціального медичного постачання"
Житомирської облради
вул. Комерційна, 2, м. Житомир,
10019

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба
України

Редакція інформаційного
бюлетеня "Вісник державних
закупівель"

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Завод рентгенівського обладнання "Квант" (надалі – Скаржник) від 08.10.2012 № 525/10 (zareestrovanu в Комітеті 9 жовтня 2012 року за № 8-20/2038-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення комунальною установою "Обласна база спеціального медичного постачання" Житомирської облради (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (рентгенівські апарати для діагностики - 8 од.)" [оголошення № 286619, опубліковане в

інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 10 вересня 2012 року № 109/2 (711/2)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі та просить:

1. Прийняти Скаргу до розгляду.
2. Призупинити Процедуру закупівлі.
3. Зобов'язати Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів.

Рішенням Колегії від 09.10.2012 № 1081-р/пк-ск Скарга прийнята до розгляду та призупинена Процедура закупівлі на строк до винесення рішення за Скаргою.

У відповідь на запит Колегії від 09.10.2012 № 20-29/03-2653-дз Замовник листом від 11.10.2012 № 452 надав завірени належним чином копії документів та пояснення щодо проведення ним Процедури закупівлі.

В ході розгляду Скарги та наданих Замовником документів, які стосуються проведення ним Процедури закупівлі, Колегією встановлено наступне.

Скаржник у своїй Скарзі повідомив, що в технічних вимогах документації конкурсних торгів до рентгенівського апарату на 2 робочих місця Замовник встановив конкретні або максимальні показники, а не допустимі межі, які ніяким чином не впливають на якісні чи функціональні можливості обладнання, а лише вказують на технічні параметри обладнання конкретного виробника, тобто є дискримінаційними, а саме:

- 1) встановлений чіткий показник відображення кута нахилу через 5 градусів, а не діапазон, що унеможливує запропонувати обладнання з іншим параметром, який при цьому функціонально кращий;
- 2) нижче положення центра приймача від підлоги по вертикалі не менше 570 мм – є максимальним, а не мінімальним та позбавляє можливості запропонувати обладнання з іншими параметрами;
- 3) габаритні розміри опорної поверхні штатива не більше 1000x1000 мм – є мінімальними для жорстко закріпленого до підлоги нерухомого штативу з поворотною віссю. Для запобігання будь-яких зрушень, чи взагалі падінь, або перевертання штативу, опорна поверхня повинна бути більшою.

Замовник у своїх поясненнях повідомив, що фахівцями Всесвітньою організацією охорони здоров'я та міжнародною спілкою радіологів розроблене практичне керівництво для спеціалістів, що провадять рентгенографічні дослідження різних органів для отримання добрих результатів цих досліджень. Відповідно до цих рекомендацій, зйомки в "косих" проекціях ведуться на кутах 10^0 , 15^0 , 20^0 , 30^0 . Практика виконання лікарями-рентгенологами діагностичних досліджень також підтверджує необхідність ведення зйомки саме під цими кутами.

Таким чином, як зазначає Замовник, логічно, що кут досліджень має бути кратним 5^0 . Тобто, відлік кута нахилу 5^0 та його візуалізація є мінімальним для проведення діагностичних зйомок при "косих" проекціях. Інші показники кутів не мають значення.

Замовник також повідомив, що уважно вивчивши технічну документацію підприємств-виробників даного типу обладнання, яка була в наявності, було визначено, що у рентгенівських комплексів виробництва Київського ПО "Медапаратура" значення нижчого положення центру приймача від підлоги по вертикалі – 600 мм, а у рентгенівського комплексу "Медіс" виробництва "Крас" – 570 мм.

Як зазначає Замовник, при певних видах рентгенівських досліджень, а саме при дослідженні черепа в положенні лежачі, нижніх кінцівок в положенні лежачі, дослідженні грудної клітини в латеропозиції, для запобігання наїзду коліс столу-каталки з рентгенопрозорою декою на опору штативу, є доречним обмежити розмір штативу до значення 1000x1000 мм. При цьому запропонована учасниками опора повинна забезпечувати стійкість рентгенівського апарату та надійне кріплення до підлоги.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Додатком 1 до документації конкурсних торгів встановлені медико-технічні вимоги до універсального рентгенівського цифрового комплексу на два робочих місця, зокрема:

Діапазон повороту плеча приймач-випороміювач, моторизований, з відображенням кута нахилу через 5 ⁰	0 +90
Нижнє положення центра приймача від підлоги по вертикалі, не менше, мм	570
Габаритні розміри опорної поверхні штатива, не більше, мм	1000x1000

Замовник надав на розгляд Колегії, зокрема, такі документи:

- паспорт на комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ-18 виробництва ТОВ "КВО "Медапаратура";
- технічний опис та інструкцію з використання комплексу рентгенівського діагностичного "Медис" виробництва фірми "Крас".

Проаналізувавши технічні характеристики, зазначених рентгенівських комплексів, Колегією встановлено наступне.

	Діапазон повороту плеча приймач-випороміювач, моторизований, з відображенням кута нахилу	Нижнє положення центра приймача від підлоги по вертикалі	Габаритні розміри опорної поверхні штатива, не більше
Вимоги Замовника	через 5 ⁰	не менше 570 мм	1000x1000 мм
Рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ-18 виробництва ТОВ "КВО "Медапаратура"	через 5 ⁰	не більше 600 мм	не зазначено
Комплекс рентгенівський діагностичний "Медис" виробництва фірми "Крас"	через 5 ⁰	не менше 570 мм	1000x1000 мм

На засіданні Колегії, яке відбулось 23.10.2012, представник Замовника надав на розгляд Колегії лист ТОВ "КВО "Медапаратура" від 19.09.2012 № 258/а, в якому зазначено, що в паспорті та керівництві з експлуатації на вироби наведені лише основні принцові параметри та характеристики обладнання. Ті параметри, що є не принциповими для виробництва, наприклад, розмір опорної поверхні штатива, виготовляються відповідно до медико-технічних вимог замовника.

Таким чином, як зазначено у вказаному листі, комплекс рентгенівський діагностичний РДК-ВСМ виробництва ТОВ "КВО "Медапаратура" повністю відповідає наведеним у документації конкурсних торгів медико-технічним вимогам.

Слід зазначити, що Скаржником не доведено та документально не підтверджено, яким чином зазначені вище медико-технічні вимоги порушують його права та законні інтереси.

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу двадцять п'ятого частини четвертої статті 18 Закону.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Завод рентгенівського обладнання "Квант" у задоволенні його скарги від 08.10.2012 № 525/10.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Л. КОЛІСНИК