



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 46-р/пк-ск

від 17.01.2014

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-УКРАЇНА"

вул. Січневого повстання, 11-б,
м. Київ, 01010

Київський міський клінічний шпиталь
інвалідів Великої Вітчизняної війни
вул. Червонофлотська, 26, м. Київ, 04075

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба України

Редакція інформаційного бюлетеня
"Вісник державних закупівель"

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-УКРАЇНА" (надалі – Скаржник, ТОВ "ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-УКРАЇНА") від 16.12.2013 № 40/12 (zareestrovany в Комітеті 18.12.2013 за № 8-20/3798-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення Київським міським клінічним шпиталем інвалідів Великої Вітчизняної війни (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "32.50.1. Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні – стерилізатор паровий – 1 од." [оголошення № 195908, опубліковане в

інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 18.11.2013 № 91 (834)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить, зокрема, зобов'язати Замовника усунути недоліки, вказані в документації конкурсних торгів (надалі – Документація) та привести її у відповідність до вимог чинного законодавства.

Рішенням Колегії від 18.12.2013 № 2015-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та Процедура закупівлі призупинена на строк до винесення рішення за Скаргою.

У відповідь на запит Колегії від 18.12.2013 № 20-29.3/03-5021-дз Замовник листом від 20.12.2013 № 455 надав матеріали та пояснення по суті Скарги.

У ході розгляду Скарги та наданих Замовником документів Колегією встановлено наступне.

ТОВ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-УКРАЇНА" у Скарзі повідомляє, що Замовником у додатку № 2 до Документації встановлені дискримінаційні умови, які обмежують коло потенційних учасників Процедури закупівлі.

Скаржник зазначає, що здійснивши пошук та аналіз, ним з'ясовано, що встановленим у Документації медико-технічним вимогам до стерилізатору парового відповідає лише стерилізатор паровий ГПД-400-2 "ТЗМОИ" виробництва ВАТ "Тюменський завод медичного обладнання та інструментів" (Російська Федерація). Скаржником було надано копію буклету виробника, яка містить, зокрема, технічні характеристики стерилізаторів парових ГПД-400-2 та ГПД-560-2.

На думку ТОВ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-УКРАЇНА", встановлення Замовником медико-технічних вимог, які відповідають лише одному виробнику, порушує принципи конкуренції та максимальної економії та ефективності, недискримінації учасників, а також права та законні інтереси Скаржника.

Замовник стосовно наведеного пункту Скарги повідомив, що Документацією передбачено детальний опис товару, що закуповується, в тому числі його технічні та якісні характеристики.

Замовник зауважує, що навіть, якщо технічним вимогам до предмету закупівлі відповідала би продукція одного виробника, то такі вимоги, на його думку, не можуть свідчити про обмеження конкуренції, оскільки у виробника можуть бути різні офіційні представники, дилери, дистриб'ютори тощо.

Крім цього, Замовник повідомляє, що в технічних вимогах не визначено обмежень стосовно конкретних показників, а передбачені мінімальні та максимальні показники, наприклад, "повний об'єм стерилізаційної камери – не менше 400 дм³", "робочий тиск пара в парогенераторі – не більше 0,28 (2,8) МПа (кгс/см²)" тощо. Зі слів Замовника, учасники Процедури закупівлі мають змогу поставити стерилізатор будь-якого виду, будь-якого виробника, але він має відповідати мінімальним та не перевищувати максимальні встановлені показники.

Разом з цим, Замовник зазначає, що ним проводилась процедура закупівлі – "32.50.1. Інструменти і прилади медичні хірургічні та стоматологічні (стерилізаційна камера)" [оголошення № 156572, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 05.08.2013 № 61 (804)]. Зі слів Замовника, у зазначеній процедурі закупівлі приймав участь Скаржник, який подавав пропозицію конкурсних торгів, що передбачала

постачання ТОВ "ТЮМЕНЬ-МЕДИКО-УКРАЇНА" стерилізатора парового виробника ВАТ "Тюменський завод медичного обладнання та інструментів".

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Пунктом 7 розділу 3 Документації визначено, зокрема, що технічні вимоги наведено в додатку 2 документації конкурсних торгів.

У пункті 5 додатку 2 Документації встановлено медико-технічні вимоги до товару:

№	Назва параметра та розміру
1.	Повний об'єм стерилізаційної камери дм3 (не менше) 400
2.	Тип: прохідний (має 2 двері в камеру) з поділом на чисту і стерильну зони
3.	Робочий тиск пара в парогенераторі Мпа (кгс/см2) (не більше): 0,28(2,8)
4.	Робочий тиск пара в стерилізаційній камері (не більше): 0,22(2,2)
5.	Напруга В 380 Частота Гц 50 Споживана потужність ВА (не більше) 45 103
6.	Внутрішні розміри стерилізаційної камери мм (не менше) : Довжина 900 Ширина 630 Висота 710
7.	Кількість режимів стерилізації (не менше) 2
7.1	Параметри першого режиму стерилізації(МПа- toC- хв.): робочий тиск-температура-час стерилізаційної витримки (не більше) 0,2-132-20
7.2	Параметри другого режиму стерилізації(МПа- toC- хв.): робочий тиск-температура-час стерилізаційної витримки (не більше) 0,11-120-45
8.	Наявність пультів управління чистої й стерильної зони
9.	Наявність парогенератора
10.	Наявність парогасителя
11.	Наявність фільтру бактеріальної очистки атмосферного повітря
12.	Наявність конденсатосборнику для накопичення конденсату під час прогріву стерилізаційної камери
13.	Наявність блоку ручного керування
14.	Неможливість випадкового пуску пари в камеру при відкритих дверях
15.	Наявність пристроїв блокування дверей при наявності надлишкового тиску в стерилізаційній камері
16.	Габаритні розміри мм (не більше): Довжина 1400 Ширина 1400 Висота 1800
17.	Вага (не більше) 1300 кг
18.	Матеріал стерилізаційної камери – нержавіюча сталь

Разом з цим, Скаржником не доведено та не надано документальне підтвердження того, яким чином наведені вимоги Документації порушують його права чи законні інтереси та перешкоджають йому взяти участь у Процедурі закупівлі, а також, що зазначеним медико-технічним вимогам відповідає лише стерилізатор паровий ГПД-400-2 "ТЗМОИ" виробництва ВАТ "Тюменський завод медичного обладнання та інструментів" (Російська Федерація).

Отже, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу двадцять п'ятого частини четвертої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "ТЮМЕНЬ-МЕДІКО-УКРАЇНА" у задоволенні його скарги від 16.12.2013 № 40/12.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

С. МОРОЗ