



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ  
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42  
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 973-р/пк-ск від 14.06.2013

вих. лист від

№

Державне українське об'єднання  
"Політехмед"  
вул. Нагірна, 25/27, м. Київ, 04107

Державна установа "Інститут  
медичної радіології  
ім. С.П. Григор'єва НАМН України"  
вул. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024

Уповноважений орган з питань  
державних закупівель

Державна казначейська служба  
України

Редакція інформаційного бюлетеня  
"Вісник державних закупівель"

**РІШЕННЯ**

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), дослідивши матеріали за скаргою державного українського об'єднання "Політехмед" (надалі – Скаржник, ДУО "Політехмед") від 22.05.2013 № 01-47/178 (зарєстрованою в Комітеті 23 травня 2013 року за № 8-20/1582-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення державною установою "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України" (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "Код 26.60.1. Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування (система ультразвукова діагностична з кольоровим доплером преміум класу – 1 од., система ультразвукова діагностична з кольоровим доплером – 3 од.)" [оголошення № 112218, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 22 квітня 2013 року № 32 (775)] (надалі – Процедура закупівлі),

**ВСТАНОВИЛА:**

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить:

- 1) призупинити Процедуру закупівлі;

2) прийняти рішення про встановлення порушення Процедури закупівлі та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема, зобов'язати Замовника усунути будь-які дискримінаційні умови (ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів) або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити Процедуру закупівлі.

Рішенням Колегії від 23.05.2013 № 795-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та призупинена Процедура закупівлі на строк до винесення рішення за Скаргою.

У відповідь на запит Колегії від 23.05.2013 № 20-29.3/03-1973-дз Замовник листами від 27.05.2013 № 680/09-10 та від 30.05.2013 № 708/09-10 надав копії документів та пояснення по суті Скарги.

У ході розгляду матеріалів та інформації, отриманих стосовно Скарги, встановлено наступне.

1. У Скарзі ДУО "Політехмед" зазначило, що відповідно до вимог додатку 1 документації конкурсних торгів (надалі – Документація) учасники Процедури закупівлі повинні надати довідку (оригінал або копію), видану Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України або його територіальними органами чи державним підприємством "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про те, що учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

На думку Скаржника, вказана вимога Документації суперечить чинному законодавству України, оскільки на цей час державним органом з питань банкрутства є Міністерство юстиції України.

Скаржник вважає, що Замовник має привести умови документації у відповідність до чинного законодавства України.

Колегією у ході ознайомлення з зазначеним питанням було встановлено наступне.

Підпунктом 5.10 пункту 5 додатку 1 Документації передбачено, що учасники Процедури закупівлі повинні надати довідку (оригінал або копію), видану Державним департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України або його територіальними органами чи державним підприємством "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" про те, що учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Листом від 30.05.2013 № 708/09-10 Замовник повідомив про внесення змін до Документації.

Відповідно до змін до Документації від 17.05.2013 підпункт 5.10 пункту 5 додатку 1 Документації викладений в такій редакції:

"5.10. Оригінал довідки про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженою державною установою – територіальним органом з питань банкрутства Мін'юсту України".

На підтвердження внесення зазначених змін Замовником надано копію Документації зі змінами, затвердженої протокольным рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 30.05.2013 № 61.

Таким чином, Замовник визнав та усунув порушення, зазначені в Скарзі, в цій частині, про що надав документальне підтвердження.

2. Скаржник повідомив, що відповідно до вимог додатку 1 Документації учасники Процедури закупівлі повинні надати витяг (оригінал або копію) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дійсний на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Зі слів Скаржника, чинним законодавством України не передбачено терміну дії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У зв'язку з викладеним, на думку Скаржника, Замовник має внести відповідні зміни до Документації.

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегією було встановлено наступне.

Підпунктом 5.11 пункту 5 додатку 1 Документації передбачено, що учасники Процедури закупівлі повинні надати витяг (оригінал або копію) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дійсний на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Листом від 30.05.2013 № 708/09-10 Замовник повідомив про внесення змін до Документації.

Відповідно до змін до Документації від 17.05.2013 підпункт 5.11 пункту 5 додатку 1 Документації викладений в такій редакції:

"5.11. Витяг (оригінал або копія) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

На підтвердження внесення зазначених змін Замовником надано копію Документації зі змінами, затвердженої протокольным рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 30.05.2013 № 61.

Таким чином, Замовник визнав та усунув порушення, зазначені в Скарзі, в цій частині, про що надав документальне підтвердження.

3. ДУО "Політехмед" у Скарзі повідомило, що Замовником у додатку 4 Документації встановлено медико-технічні вимоги до предмету закупівлі, яким відповідає лише обладнання певного виробника.

Скаржник вважає, що медико-технічні вимоги Документації є дискримінаційними стосовно інших учасників та такими, що обмежують коло учасників.

3.1. На думку ДУО "Політехмед", Замовник повинен викласти нижченаведені пункти медико-технічних вимог до системи ультразвукової діагностичної з кольоровим доплером преміум класу у такій редакції:

| № з/п | Вимоги                                                          | Наявність та відповідність діапазону значень |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3.4   | Діапазон частот, МГц не менш                                    | 1-15                                         |
| 3.5   | Кількість приймально-передавальних каналів, не менше            | 40.000                                       |
| 3.6   | Динамічний діапазон, дБ, не менше                               | 180                                          |
| 3.7   | Максимальна глибина візуалізації, не менше, см,                 | 35                                           |
| 4.14  | Режим панорамного сканування протяжністю, не менше ніж до 50 см | Наявність                                    |

Разом з цим, Скаржник повідомляє, що у пунктах 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 медико-технічних вимог до системи ультразвукової діагностичної з кольоровим доплером преміум класу діапазони частот датчиків зазначені без можливих відхилень, наприклад, на  $\pm 1$  МГц.

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегією було встановлено наступне.

Додатком 4 Документації встановлені, зокрема, наступні медико-технічні вимоги до системи ультразвукової діагностичної з кольоровим доплером преміум класу:

| № з/п | Вимоги                                                                                                                                                                                                                                                     | Наявність та відповідність діапазону значень |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3.4   | Діапазон частот, МГц не менш                                                                                                                                                                                                                               | 1-17                                         |
| 3.5   | Кількість приймально-передавальних каналів, не менше                                                                                                                                                                                                       | 50.000                                       |
| 3.6   | Динамічний діапазон, дБ, не менше                                                                                                                                                                                                                          | 180                                          |
| 3.7   | Максимальна глибина візуалізації, не менше, см,                                                                                                                                                                                                            | 38                                           |
| 4.14  | Режим панорамного сканування протяжністю, не менше ніж до 100 см                                                                                                                                                                                           | Наявність                                    |
| 7.2   | Секторний монокристалний фазований датчик для кардіологічних, транскраніальних, абдомінальних досліджень: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>Кількість елементів, не менш</li> </ul>                           | Наявність<br>1-5<br>80                       |
| 7.3   | Лінійний датчик для поверхневих органів і структур, периферичних судин, неонатології, педіатрії, кістково-м'язової системи, регіональної анестезії: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> </ul>                       | Наявність<br>5-12                            |
| 7.4   | Конвексний монокристалний датчик для абдомінальних досліджень, акушерства, гінекології, урології, судинних досліджень та педіатрії: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>Кількість елементів, не мене</li> </ul> | Наявність<br>1-5<br>160                      |
| 7.5   | Мікроконвексний внутрішньосмуговий датчик для гінекології, акушерства та урології: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> </ul>                                                                                        | Наявність<br>5-9                             |

Відповідно до змін до Документації від 30.05.2013 пункти медико-технічних вимог до системи ультразвукової діагностичної з кольоровим доплером преміум класу викладені Замовником у редакції, запропонованій Скаржником, а саме:

| № з/п | Вимоги                                                                                                                                                                                                                                                     | Наявність та відповідність діапазону значень  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.4   | Діапазон частот, МГц не менш                                                                                                                                                                                                                               | 1-15                                          |
| 3.5   | Кількість приймально-передавальних каналів, не менше                                                                                                                                                                                                       | 40.000                                        |
| 3.6   | Динамічний діапазон, дБ, не менше                                                                                                                                                                                                                          | 180                                           |
| 3.7   | Максимальна глибина візуалізації, не менше, см,                                                                                                                                                                                                            | 35                                            |
| 4.14  | Режим панорамного сканування протяжністю, не менше ніж до 50 см                                                                                                                                                                                            | Наявність                                     |
| 7.2   | Секторний монокристалний фазований датчик для кардіологічних, транскраніальних, абдомінальних досліджень: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>Кількість елементів, не менш</li> </ul>                           | Наявність<br>$1-5 \pm 0,5 \text{ МГц}$<br>80  |
| 7.3   | Лінійний датчик для поверхневих органів і структур, периферичних судин, неонатології, педіатрії, кістково-м'язової системи, регіональної анестезії: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> </ul>                       | Наявність<br>$5-12 \pm 0,5 \text{ МГц}$       |
| 7.4   | Конвексний монокристалний датчик для абдомінальних досліджень, акушерства, гінекології, урології, судинних досліджень та педіатрії: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>Кількість елементів, не мене</li> </ul> | Наявність<br>$1-5 \pm 0,5 \text{ МГц}$<br>160 |
| 7.5   | Мікроконвексний внутрішньосмуговий датчик для гінекології, акушерства та урології: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> </ul>                                                                                        | Наявність<br>$5-9 \pm 0,5 \text{ МГц}$        |

3.2. Скаржник вважає, що Замовник повинен викласти нижченаведені пункти медико-технічних вимог до системи ультразвукової діагностичної з кольоровим доплером у такій редакції:

| № з/п | Вимоги                                            | Наявність та відповідність діапазону значень |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4.24  | Кількість приймально-передаючих каналів, не менше | 25 000                                       |
| 4.25  | Динамічний діапазон, дБ, не менше                 | 160                                          |
| 4.28  | Максимальна частота кадрів, не менше              | 1000                                         |
| 4.30  | Кінопетля, кадрів не менше                        | 1000                                         |

Разом з цим, Скаржник повідомляє, що у пунктах 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 медико-технічних вимог до системи ультразвукової діагностичної з кольоровим доплером діапазони частот датчиків та кількість елементів в датчиках зазначені без можливих відхилень, наприклад, на  $\pm 1$  МГц.

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегією було встановлено наступне.

Додатком 4 Документації встановлені, зокрема, наступні медико-технічні вимоги до системи ультразвукової діагностичної з кольоровим доплером:

| № з/п | Вимоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наявність та відповідність діапазону значень    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4.24  | Кількість приймально-передаючих каналів, не менше                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 000                                          |
| 4.25  | Динамічний діапазон, дБ, не менше                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170                                             |
| 4.28  | Максимальна частота кадрів, не менше                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1120                                            |
| 4.30  | Кінопетля, кадрів не менше                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1200                                            |
| 5.2   | Лінійний датчик для поверхневих органів та структур, периферійних судин, м'язової системи: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>Кількість елементів, не менше</li> <li>Ширина скануємої ділянки, мм, не більше</li> <li>Біопсійна насадка</li> </ul>                 | Наявність<br><br>4-12<br>128<br>35<br>Наявність |
| 5.3   | Секторний фазований датчик для кардіологічних, транскраніальних, абдомінальних досліджень: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>Кількість елементів, не менше</li> <li>Кут сканування, град, не менше</li> </ul>                                                     | Наявність<br><br>1-4<br>64<br>90                |
| 5.4   | Конвексний датчик для абдомінальних досліджень, акушерства, гінекології, урології, судинних досліджень і педіатрії: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>Кількість елементів, не менше</li> <li>Радіус кривизни, мм, не більше</li> <li>Біопсійна насадка</li> </ul> | Наявність<br><br>2-5<br>128<br>50<br>Наявність  |
| 5.5   | Мікронвексний внутрішньопорожнинний датчик для дослідження в акушерства, гінекології та урології: <ul style="list-style-type: none"> <li>Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>Кількість елементів, не менше</li> <li>Радіус кривизни, мм, не більше</li> <li>Біопсійна насадка</li> </ul>                   | Наявність<br><br>4-9<br>128<br>11<br>Наявність  |

Відповідно до змін до Документації від 30.05.2013 пункти медико-технічних вимог до системи ультразвукової діагностичної з кольоровим доплером викладені Замовником у редакції запропонованій Скаржником, а саме:

| № з/п | Вимоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Наявність та відповідність діапазону значень          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4.24  | Кількість приймально-передаючих каналів, не менше                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000                                                |
| 4.25  | Динамічний діапазон, дБ, не менше                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160                                                   |
| 4.28  | Максимальна частота кадрів, не менше                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000                                                  |
| 4.30  | Кінопетля, кадрів не менше                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000                                                  |
| 5.2   | Лінійний датчик для поверхневих органів та структур, периферійних судин, м'язової системи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>• Кількість елементів, не менше</li> <li>• Ширина скануємої ділянки, мм, не більше</li> <li>• Біопсійна насадка</li> </ul>                 | Наявність<br><br>5-12 ± 0,5<br>128<br>35<br>Наявність |
| 5.3   | Секторний фазований датчик для кардіологічних, транскраніальних, абдомінальних досліджень: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>• Кількість елементів, не менше</li> <li>• Кут сканування, град, не менше</li> </ul>                                                       | Наявність<br><br>2-4 ± 0,5<br>64<br>90                |
| 5.4   | Конвексний датчик для абдомінальних досліджень, акушерства, гінекології, урології, судинних досліджень і педіатрії: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>• Кількість елементів, не менше</li> <li>• Радіус кривизни, мм, не більше</li> <li>• Біопсійна насадка</li> </ul> | Наявність<br><br>2-5 ± 0,5<br>128<br>50<br>Наявність  |
| 5.5   | Мікронвексний внутрішньопорожнинний датчик для дослідження в акушерства, гінекології та урології: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Діапазон частот, МГц, не менше</li> <li>• Кількість елементів, не менше</li> <li>• Радіус кривизни, мм, не більше</li> <li>• Біопсійна насадка</li> </ul>                   | Наявність<br><br>4-9 ± 0,5<br>128<br>11<br>Наявність  |

На підтвердження внесення зазначених змін Замовником надано копію Документації зі змінами, затвердженої протокольним рішенням комітету з конкурсних торгів Замовника від 30.05.2013 № 61.

Таким чином, Замовник визнав та усунув порушення, зазначені в Скарзі, в цій частині, про що надав документальне підтвердження.

Згідно з абзацом дванадцятим частини четвертої статті 18 Закону орган оскарження повертає скаргу без розгляду, у разі, якщо замовник відповідно до цього Закону визнав та усунув порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча

адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Повернути скаргу державного українського об'єднання "Політехмед" від 22.05.2013 № 01-47/178 без розгляду.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Л. КОЛІСНИК