



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ  
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42  
<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1621-р/пк-ск від 01.10.2013

вих. лист від

№

Державне українське об'єднання  
"Політехмед"

вул. Нагірна, 25/27,  
м. Київ, 04107

Державна установа "Інститут  
отоларингології  
ім. О.С. Коломійченка"  
вул. Зоологічна, 3,  
м. Київ, 03057

Уповноважений орган з питань  
державних закупівель

Державна казначейська служба  
України

Редакція інформаційного бюлетеня  
"Вісник державних закупівель"

**РІШЕННЯ**

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу Державного українського об'єднання "Політехмед" (надалі – Скаржник, ДУО "Політехмед") від 20.09.2013 № 01-47/620 (зареєстровану в Комітеті 23.09.2013 за № 8-20/3003-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення Державною установою "Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка" (надалі – Замовник, ДУ "Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка") дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування" [оголошення № 165409, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.08.2013 № 66/2 (809/2)] (надалі – Процедура закупівлі),

**ВСТАНОВИЛА:**

На розгляд Колегії надійшла Скарга, в якій Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог в документації конкурсних торгів та просить:

- 1) прийняти рішення про призупинення Процедури закупівлі;
- 2) прийняти рішення про встановлення порушення Процедури закупівлі та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема, зобов'язати Замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною документації конкурсних торгів) або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити Процедуру закупівлі.

Рішенням Колегії від 23.09.2013 № 1584-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та Процедура закупівлі призупинена на строк до винесення рішення за Скаргою.

Для з'ясування обставин, викладених у Скарзі, Колегією до Замовника був надісланий запит від 23.09.2013 № 20-29.3/03-3868-дз про надання інформації та документів щодо проведення ним Процедури закупівлі.

Листом від 30.09.2013 № 559 Замовник надав інформацію та документи на запит Колегії.

За результатами розгляду інформації, викладеної у Скарзі, доданих до неї документів, а також інформації та документів, наданих Замовником, було з'ясовано наступне.

У Скарзі ДУО "Політехмед" зазначає, що ретельний аналіз медико-технічних вимог до предмету закупівлі за лотом № 3 свідчить про спотворення конкуренції та дискримінації Скаржника як учасника Процедури закупівлі.

1. За словами ДУО "Політехмед", такі медико-технічні вимоги документації конкурсних торгів, як: "споживана потужність без додаткового обладнання не більше 95 Вт" та "вага апарата без додаткового обладнання не більше 6 кг", є дискримінаційними.

Скаржник стверджує, що з метою усунення дискримінаційних вимог та розширення кола ймовірних учасників ДУО "Політехмед" вважає за доцільне зазначені параметри, що не мають жодного клінічного значення, або виключити з документації конкурсних торгів, або викласти їх в наступній редакції: "Споживана потужність без додаткового обладнання не більше 120 Вт ", "Вага апарата без додаткового обладнання не більше 9 кг".

Замовник щодо такої вимоги до предмета закупівлі, як "Споживана потужність без додаткового обладнання не більше 95 Вт", зазначив, що даний параметр є дуже важливим для економії державних коштів, для стану електричних мереж живлення, які наявні у лікарні, особливо враховуючи, що апарат може знаходитись у включеному стані і працювати досить довгий проміжок часу (не менше 6-8 годин на добу).

Щодо вимоги "Вага апарата без додаткового обладнання не більше 9 кг" Замовник зазначив, що цей параметр дуже важливий для портативного апарату УЗД в умовах роботи за його прямим призначення, а саме – біля ліжка хворого або при переміщенні по лікарняному закладу, або за його межами.

Розглянувши зазначене питання, Колегія встановила наступне.

Відповідно до документації конкурсних торгів предметом закупівлі за лотом № 3 визначено портативний УЗ-апарат.

Пунктом 2 розділу III документації конкурсних торгів визначено, зокрема, що технічна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити інформацію та документи про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів, підготовлених відповідно до вимог пункту 7 розділу III та додатку 3 до документації конкурсних торгів.

Додатком 3 до документації конкурсних торгів визначено медико-технічні вимоги до предмета закупівлі. За лотом № 3 до портативного УЗ-апарату встановлено, зокрема, такі медико-технічні вимоги:

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Споживна потужність без додаткового обладнання не більше 95 Вт |
| Вага апарата без додаткового обладнання не більше 6 кг         |

Скаржником не обґрунтована необхідність внесення запропонованих ним змін до документації конкурсних торгів.

Також Скаржником не доведено, яким чином дії Замовника в частині встановлення зазначених медико-технічних вимог до предмета закупівлі порушують його права та законні інтереси та перешкоджають йому взяти участь у Процедурі закупівлі.

Отже, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

2. ДУО "Політехмед" також вважає дискримінаційною таку вимогу документації конкурсних торгів, як "Вага апарата з мобільною стійкою без додаткового обладнання не більше 29 кг".

За словами Скаржника зазначену вимогу слід виключити з документації конкурсних торгів, або викласти її в наступній редакції: "Вага апарата з мобільною стійкою без додаткового обладнання не більше 32 кг".

Замовник щодо зазначеної вимоги документації конкурсних торгів повідомив, що оскільки при транспортуванні приладу зі стійкою або при користуванні на стійці немає суттєвого навантаження на медичний персонал, то граничну вагу у медико технічних вимогах можна дещо збільшити.

Замовник зазначає, що до документації конкурсних торгів необхідно внести наступні зміни: "Вага апарата з мобільною стійкою без додаткового обладнання не більше 32 кг", так як граничну вагу у медико-технічних вимогах документації конкурсних торгів можна дещо збільшити.

Розглянувши зазначені питання, Колегія встановила наступне.

Додатком 3 до документації конкурсних торгів визначено медико-технічні вимоги до предмета закупівлі. За лотом № 3 до портативного УЗ-апарату встановлено, зокрема, така медико-технічна вимога: "Вага апарата з мобільною стійкою без додаткового обладнання не більше 29 кг".

Враховуючи наведене вище, а також готовність ДУ "Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка" виконати наведену вище вимогу Скаржника щодо ваги апарата з мобільною стійкою без додаткового обладнання, Замовник повинен внести зміни до документації конкурсних торгів в частині такої медико-технічної вимоги, як "Вага апарата з мобільною стійкою без додаткового обладнання не більше 29 кг".

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу двадцять п'ятого частини четвертої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8, частиною четвертою статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

#### ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати Державну установу "Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка" внести зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю – "Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування" [оголошення № 165409, опубліковане в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.08.2013 № 66/2 (809/2)], зазначені в мотивувальній частині даного рішення.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

Л. КОЛІСНИК