



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42

<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1603-р/пк-ск

від 14.09.2015

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою відповідальністю

"КОР-МЕДІКАЛ"

вул. Довженко, 18,
м. Київ, 03057

Комунальна установа "Одеська обласна
клінічна лікарня"

вул. Акад. Заболотного, 26,
м. Одеса, 65025

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "КОР-МЕДІКАЛ" (надалі – Скаржник, ТОВ "КОР-МЕДІКАЛ") від 11.08.2015 № 2165 (zareestrovany в Комітеті 13.08.2015 за № 8-20/2376-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення комунальною установою "Одеська обласна клінічна лікарня" (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "Код 32.50.1. Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні" [оголошення № 166959, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, бюлетень від 22.07.2015 № 298(22.07.2015)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить, зокрема, призупинити Процедуру закупівлі та зобов'язати Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів.

Рішенням Колегії від 14.08.2015 № 1390-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та Процедура закупівлі призупинена на строк до винесення рішення за Скаргою.

У відповідь на запит Колегії від 17.08.2015 № 20-29.3/06-3166-дз Замовник листом від 27.08.2015 № 01/01-07/2942 надав копії документів та пояснення щодо проведення ним Процедури закупівлі.

ТОВ "КОР-МЕДІКАЛ" у Скарзі повідомляє, що Замовником у медико-технічних вимогах документації конкурсних торгів встановлено вимогу щодо закупівлі товару із специфічним спектром довжин, якій відповідає продукція лише одного виробника – індійської компанії Meril Lifesciences (стент Voimime).

На підтвердження зазначеного Скаржник наводить у Скарзі порівняльну таблицю стент-систем з лікувальним покриттям шести виробників та надає проспекти (роздруковки з сайтів виробників) відповідно до яких спектр довжин від 8 до 48 мм з кроком 3-5 мм має лише продукція виробника Meril Lifesciences.

ТОВ "КОР-МЕДІКАЛ" повідомляє, що є офіційним представником компанії Medtronic, стент-системи виробництва якого мають спектр довжин від 8 до 38 мм.

Таким чином, Скаржник стверджує, що він не має можливості прийняти участь у Процедурі закупівлі, через встановлення Замовником зазначених вище медико-технічних вимог до предмета закупівлі, які, на думку ТОВ "КОР-МЕДІКАЛ", є дискримінаційними, обмежують конкуренцію та штучно звужують коло потенційних учасників торгів.

Замовник у своїх поясненнях по суті Скарги повідомляє, що ним до документації конкурсних торгів було внесено зміни (протокол від 12.08.2015 № 2), згідно з якими спектр довжин змінено з "8 – 48 мм з кроком 3-5 мм" на "8 – 40 мм з кроком 3-5 мм".

За інформацією Замовника, таким медико-технічним вимогам відповідає продукція щонайменше двох виробників, таких як: Meril Lifesciences (спектр довжин від 8 до 48 мм з кроком 3-5 мм) та SAHAJANAND MEDICAL (спектр довжин від 8 до 40 мм з кроком 4 мм). На підтвердження зазначеного Замовник надав Колегії інструкції з експлуатації стент-систем зазначених виробників.

У зв'язку з наведеним Замовник вважає, що зауваження Скаржника є неактуальними, оскільки він у Скарзі посилається на медико-технічні вимоги документації конкурсних торгів до внесення змін.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Відповідно до пункту 3.2 розділу III документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником Процедури закупівлі, повинна складатися з комерційної частини та технічної частини.

Технічна частина повинна містити, зокрема інформацію та документи згідно з додатком 3 документації конкурсних торгів.

Додатком 3 документації конкурсних торгів визначене медико-технічне завдання на закупівлю, відповідно до якого спектр довжин стент-системи з лікувальним покриттям становить "від 8 до 48 мм з кроком 3-5 мм".

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 12.08.2015 № 2 було внесено зміни до документації конкурсних торгів, зокрема, до додатку 3 документації конкурсних торгів визначено спектр довжин стент-системи з лікувальним покриттям "від 8 до 40 мм з кроком 3-5 мм".

Замовником не надано документального підтвердження відповідності всім визначеним в документації конкурсних торгів медико-технічним характеристикам продукції щонайменше двох виробників.

Дії Замовника щодо встановлення зазначених медико-технічних вимог у документації конкурсних торгів порушують вимоги статті 22 Закону та принципи здійснення закупівель, визначені статтею 3 Закону, зокрема, недискримінація учасників.

Отже, Замовник має усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до документації конкурсних торгів.

Враховуючи інформацію, викладену у мотивувальній частині цього рішення, Колегією встановлено, що під час проведення Процедури закупівлі Замовник допустив порушення, які на момент прийняття Колегією цього рішення можна виправити шляхом зобов'язання Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів.

Згідно з абзацами першим та другим частини десятої статті 18 Закону за результатами розгляду скарги орган оскарження має право прийняти рішення про встановлення або відсутності порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних торгів) або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу третього частини одинадцятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про наявність підстав для задоволення Скарги частково.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Зобов'язати комунальну установу "Одеська обласна клінічна лікарня" внести зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю – "Код 32.50.1. Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні" [оголошення № 166959, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, бюлетень від 22.07.2015 № 298(22.07.2015)] з метою усунення порушень, зазначених в мотивувальній частині цього рішення.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. БОВК