



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ  
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42

<http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

---

№ 1935-р/пк-ск від 28.10.2015

вих. лист від

№

---

Товариство з обмеженою  
відповідальністю "МАКЕ  
Україна"

вул. Богдана Хмельницького,  
буд. 17/52А, м. Київ, 01030

Міністерство охорони здоров'я  
України

вул. Грушевського, 7,  
м. Київ, 01601

Уповноважений орган з питань  
державних закупівель

Державна казначейська служба  
України

**РІШЕННЯ**

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "МАКЕ Україна" (надалі – Скаржник, ТОВ "МАКЕ Україна") від 30.09.2015 № 10/09 (zareєстровану в Комітеті 02.10.2015 за № 8-20/3012-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо встановлення Міністерством охорони здоров'я України (надалі – Замовник) дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів на закупівлю – "Код 32.50.1. Медичні вироби для стентування коронарних судин" 26 лотів [оголошення № 188282, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 31.08.2015 № 325(31.08.2015)] (надалі – Процедура закупівлі),

**ВСТАНОВИЛА:**

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів та просить, зокрема:

- призупинити Процедуру закупівлі;
- зобов'язати Замовника внести зміни до документації конкурсних торгів.

Рішенням Колегії від 06.10.2015 № 1778-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та Процедура закупівлі призупинена на строк до винесення рішення за Скаргою.

Листом від 07.10.2015 № 20-29.1/07-4009-дз Колегією до Замовника було надіслано запит про надання пояснень по суті Скарги, інформації та документів щодо проведення ним Процедури закупівлі.

Листом від 19.10.2015 № 20-02/641/19/175715/33226 Замовник надав Колегії матеріали та пояснення по суті Скарги.

У ході розгляду Скарги та наданих Замовником документів, які стосуються проведення ним Процедури закупівлі, Колегією встановлено наступне.

ТОВ "МАКЕ Україна" у Скарзі повідомляє, що, воно керуючись статтею 23 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон), листом від 09.09.2015 звернулося до Замовника про надання роз'яснень щодо умов документації конкурсних торгів (надалі – Документація), однак, за твердженням Скаржника, станом на дату подання Скарги Замовник не надав відповідні роз'яснення та не прийняв будь-які інші рішення, чим порушив вимоги статті 23 Закону.

За твердженням Скаржника, він має намір прийняти участь у Процедурі закупівлі, однак не має такої можливості, оскільки медико-технічні вимоги до лоту № 18 викладені таким чином, що обмежують конкуренцію та права і законні інтереси Скаржника, оскільки, за твердженням Скаржника, лише інтрааортальні балонні катетери виробництва Agtow International, Inc (USA) відповідають умовам Документації за лотом № 18.

ТОВ "МАКЕ Україна" у Скарзі просить зобов'язати Замовника внести зміни до Документації та викласти їх у наступній редакції:

№ п/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1.	Матеріал катетеру	Поліуретан або еквівалент
2.	Розміри катетерів	В діапазоні від 7 Fr до 9 Fr
3.	Провідник	Не більше 0,025 дюймів
4.	Об'єм балона	Об'єм балона повинен бути в діапазоні від 25cc до 50cc
5.	Розміри мембрани балона	Довжина мембрани балона має бути не більше 260 мм (залежно від об'єму балона)

Замовник з цього питання повідомив, що на адресу Замовника надійшов запит Скаржника щодо вимог до предмету закупівлі Процедури закупівлі та за результатами розгляду профільними спеціалістами викладених у запиті питань та з метою максимального розширення кола учасників Процедури закупівлі були сформовані зміни до Документації та на засіданні 29.09.2015 комітет з конкурсних торгів Замовника прийняв рішення про внесення змін до лоту № 18.

У ході ознайомлення із зазначеним питанням Колегією встановлено наступне.

У пункті 7 розділу III Документації міститься інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та за лотом № 18 встановлені наступні вимоги:

18. Інтрааортальний балонний катетер (балон-контрпульсатор)

№ п/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
-------	--------------------------	------------------------

1.	Матеріал катетеру	Поліуретан з нержавіючою сталлю з металевою пропліткою, резистентний до кінкінгу
2.	Розміри катетерів	7 F, 7,5 F, 8 F та 9 F
3.	Провідник	0,025 дюймів
4.	Об'єм балона	Об'єм балона повинен становити від 30сс до 50сс
5.	Розміри мембрани балона	Довжина мембрани балона має бути 230 та 260 мм.

Разом з цим, Замовник протокольним рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.09.2015 № 19 вніс зміни до Документації, згідно з якими вимоги до лоту № 18 викладені в наступній редакції:

18. Інтрааортальний балонний катетер (балон-контрпульсатор)

№ п/п	Характеристика/параметр	Медико-технічні вимоги
1.	Матеріал катетеру	Поліуретан або еквівалент, резистентний до кінкінгу
2.	Розміри катетерів	7 F, 7,5 F, 8 F
3.	Провідник	не більше 0,025 дюймів
4.	Об'єм балона	Об'єм балона повинен становити не менше 25 сс і не більше 50сс
5.	Розміри мембрани балона	Довжина мембрани балона має бути не більше 260 мм

На підтвердження зазначеного Замовник надав копію Документації, зі змінами внесеними протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 29.09.2015 № 19.

Внесені до Документації зміни свідчать про те, що Замовник визнав та усунув порушення, на думку Скаржника, зазначені у Скарзі в цій частині, про що надав документальне підтвердження.

Відповідно до абзаців першого та п'ятого частини шостої статті 18 Закону орган оскарження залишає скаргу без розгляду у разі, якщо замовником, генеральним замовником відповідно до цього Закону усунуто порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження.

Згідно з абзацами першим та другим частини сьомої статті 18 Закону орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги у разі, якщо обставини, зазначені, зокрема, в абзаці п'ятому частини шостої цієї статті, встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу третього частини одинадцятої статті 18 Закону.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія

Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Припинити розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю "МАКЕ Україна" від 30.09.2015 № 10/09.

Рішення може бути оскаржене до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. БОБК