



**ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ**

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,
тел.: (044) 594-64-12, факс: (044) 520-10-42; <http://www.amc.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00032767

№ 1736-р/пк-ск від 05.08.2016

вих. лист від

№

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Медична торгівельна компанія."

вул. М. Грушевського, 28/2, н/п 43,
м. Київ, 01021

Державна установа "Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії Міністерства охорони
здоров'я України"

вул. Мельникова, 24, м. Київ, 04050

Уповноважений орган з питань
державних закупівель

Державна казначейська служба України

РІШЕННЯ

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія) розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Медична торгівельна компанія." (надалі – Скаржник, ТОВ МТК) від 08.07.2016 № 243/07 (зарєєстровану в Комітеті 08.07.2016 за № 8-20/2414-ДЗ) (надалі – Скарга) щодо порушення державною установою "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (надалі – Замовник) порядку проведення процедури закупівлі – "ДК 021:2015: 33186000-7. Оксигенатори (4 лоти)" [оголошення № 098494, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 08.04.2016 № 68 (08.04.2016)] (надалі – Процедура закупівлі),

ВСТАНОВИЛА:

Скаржник повідомляє про встановлення Замовником дискримінаційних вимог у документації конкурсних торгів зі змінами (надалі – Документація) та просить, зокрема, призупинити Процедуру закупівлі та прийняти рішення про встановлення порушення Процедури закупівлі, а також зобов'язати Замовника усунути будь-які дискримінаційні умови, а у разі неможливості виправити допущені порушення – відмінити Процедуру закупівлі.

Рішенням Колегії від 12.07.2016 № 1540-р/пк-ск Скарга була прийнята до розгляду та Процедура закупівлі призупинена на строк до винесення рішення за Скаргою.

У відповідь на запит Колегії від 13.07.2016 № 20-29.1/03-3074-дз Замовник, зокрема, листом від 18.07.2016 № 265-Т/16 надав копії документів та пояснення щодо проведення ним Процедури закупівлі.

У ході розгляду Скарги та наданих Замовником документів, які стосуються проведення ним Процедури закупівлі, Колегією встановлено наступне.

ТОВ МТК зазначає, що Замовник встановив параметри оксигенаторів, які притаманні продукції певного виробника, а саме:

- за лотом № 1 – Maquet Quadrox Neonatal;
- за лотом № 2 – Maquet Pediatric;
- за лотом № 3 – Maquet Small adult;
- за лотом № 4 – Medos, Hilite 7000.

За твердженням Скаржника, встановлені медико-технічні вимоги не дають можливості взяти участь у Процедурі закупівлі учасникам, які можуть запропонувати еквівалентне обладнання.

Як повідомляє ТОВ МТК, зміни деяких характеристик предмета закупівлі, що були внесені Замовником, не приводять до збільшення кількості потенційних учасників Процедури закупівлі, оскільки навіть у такому вигляді відповідають продукції конкретного виробника, зокрема:

- 1) для лоту № 1:
 - "перепад тиску при потоці 1,5 л/хв. не більше 95 мм. рт. ст.";
 - "коефіцієнт теплообміну при 0,2 л/хв. не менше 0,9";
 - "коефіцієнт теплообміну при 1, 5 л/хв. не менше 0, 55";
- 2) для лоту № 2:
 - "статичний об'єм заповнення не більше 140 мл";
 - "коефіцієнт теплообміну при 0,2 л/хв. не менше 0,9";
 - "коефіцієнт теплообміну при 1,5 л/хв. не менше 0,7";
- 3) для лоту № 3:
 - "загальна ємкість резервуару не менше 4000 мл";
 - "перепад тиску при потоці 0,2 л/хв. не більше 50 мм. рт. ст.";
 - "перепад тиску при потоці 5 л/хв. не більше 130 мм. рт. ст.";
 - "коефіцієнт теплообміну при 0,2 л/хв. не менше 0,6";
- 4) для лоту № 4:
 - "площа поверхні мембрани оксигенатора не більше 2,0 м²".

У поясненнях по суті Скарги Замовник повідомив, що ним були внесені зміни до Документації, які передбачають, що всім у сукупності медико-технічним вимогам відповідає обладнання щонайменше двох виробників, а саме: за лотами №№ 1 - 3 – Maquet та Terumo, за лотом № 4 – Maquet та Medos, а також на підтвердження цього Замовник надав порівняльну таблицю відповідності оксигенаторів виробників Sorin, Maquet, Terumo, Medtronic та Medos вимогам Документації в частині технічних характеристик (надалі – Таблиця відповідності).

У ході розгляду зазначеного питання Колегією встановлено наступне.

Пунктом 2 розділу III Документації встановлено, зокрема, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником Процедури закупівлі, повинна складатися, серед іншого, з документально підтвердженої інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно з додатком 5).

У пункті 7 розділу III Документації зазначено, що технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі зазначені в додатку 5 Документації.

Згідно з пунктом 3.5 розділу I додатку 5 Документації учасник Процедури закупівлі для документального підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам повинен заповнити наведену у цьому пункті Документації форму (у вигляді порівняльної таблиці).

Крім цього, у пункті 3.5 розділу I додатку 5 Документації зазначено, зокрема, наступне: "кожна характеристика/параметр медико-технічної вимоги повинна бути підтверджена посиланням на інструкції з використання або витягу з інструкції з використання приладу, до якого призначений запропонований виріб, або витягу з технічного опису запропонованого виробу, або іншого пояснювального (стосовно характеристик запропонованого виробу) документу із зазначенням сторінки, абзацу, пункту і т.і., що свідчить про відповідність запропонованого товару учасника медико-технічним вимогам Замовника".

У розділі II додатку 5 Документації визначені медико-технічні вимоги до предмета закупівлі.

Відповідно до розділу II додатку 5 Документації до оксигенаторів встановлені, серед інших, наступні вимоги:

1) стосовно оксигенаторів для новонароджених з малою вагою та недоношених з комплектом магістральних труб, які закупаються за лотом № 1:

- "перепад тиску при потоці 1,5 л/хв. не більше 95 мм. рт. ст.";
- "коефіцієнт теплообміну при 0,2 л/хв. не менше 0,9";
- "коефіцієнт теплообміну при 1, 5 л/хв. не менше 0, 55";

2) стосовно оксигенаторів для дітей до 20 кг з комплектом магістральних труб, які закупаються за лотом № 1:

- "статичний об'єм заповнення не більше 140 мл";
- "коефіцієнт теплообміну при 0,2 л/хв. не менше 0,9";
- "коефіцієнт теплообміну при 1,5 л/хв. не менше 0,7";

3) стосовно оксигенаторів для дітей та підлітків з комплектом магістральних труб, які закупаються за лотом № 3:

- "загальна ємкість резервуару не менше 4000 мл";
- "перепад тиску при потоці 0,2 л/хв. не більше 50 мм. рт. ст.";
- "перепад тиску при потоці 5 л/хв. не більше 130 мм. рт. ст.";
- "коефіцієнт теплообміну при 0,2 л/хв. не менше 0,6";

4) стосовно оксигенаторів для дорослих для стандартних операцій із комплектом магістральних труб, які закупаються за лотом № 4:

- "площа поверхні мембрани оксигенатора не більше 2,0 м²".

Згідно з Таблицею відповідності, наданою Замовником на розгляд Колегії, зазначеним вище вимогам відповідає обладнання виробництва Maquet та Terumo (за лотами №№ 1 - 3) та Maquet і Medos (за лотом № 4). На підтвердження зазначеної інформації Замовник надав на розгляд Колегії копії документів, які містять технічні характеристики обладнання, зокрема, зазначених вище виробників, згідно з якими вищевказаним вимогам Документації відповідає обладнання щонайменше двох виробників.

Отже, у Колегії відсутні підстави для задоволення Скарги в цій частині.

Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації, виходячи з положень абзацу третього частини одинадцятої статті 18 Закону.

Наведені вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення Скарги.

Враховуючи викладене, керуючись частиною третьою статті 8 та статтею 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю "Медична торгівельна компанія." у задоволенні його скарги від 08.07.2016 № 243/07.

Рішення може бути оскаржено до суду у встановлений Законом строк.

Голова Колегії

А. БОВК